

Кам'янець-Подільський районний відділ
ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб
МОЗ України"
32319 Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Мукша Китайгородська,
вул. Матросова, 30"А", тел.: 9-65-73

АКТ № 875 від 22.09.2022р

РАДІАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ

потужності експозиційної дози зовнішнього гамма – випромінювання

Назва об'єкта: Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну,
вул.Соборна,1, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької обл.

Дата проведення вимірювань 21.09.2022р.

Тип приладів: СРП – 68-01 № 7085

Дата держповірки: свідоцтво № П201203803417.

№ п/п	Місце вимірювань	ПЕД МкР/год
1	2	3
1	Кабінет №205	13
2	Кабінет №208	14
3	Кабінет №210	12

Фельдшер-лаборант

О. Костюченко



ВИСНОВКИ: потужність експозиційної дози зовнішнього гама-випромінювання в зазначених приміщеннях не перевищує допустимих рівнів. Вогнищ радіоактивного забруднення чи ділянок з підвищеними рівнями гама-фону не виявлено.



Лікар із загальної гігієни:



О. Чайковський